

小国町長 仁科洋一

様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

株式会社 新環境分析センター

本社 〒950-1144 新潟市江南区祖父興野268番地1

試験所 新潟県分析センター

〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

検査結果証明書

令和7年11月4日付依頼された検査結果を
以下のとおり証明いたします。

検査責任者

吉田 一雄



試料名	浄水					
採取場所	長沢水源地 浅井戸					
採取年月日	令和7年11月4日	9時00分	当日天候	曇	前日天候	雨
採取者	検査機関	気温	7.0 °C	水温	15.6 °C	
試験法	「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月,厚生労働省)					
検査項目	単位	検査結果	検出限界値			
セシウム134	Bq/kg	0.84 未満	0.84			
セシウム137	Bq/kg	0.83 未満	0.83			
ー以下余白ー						
備考	測定日: 令和7年11月4日 17時46分					
	検査結果は採取時の値である。					
	測定容器: 2Lマリネリ					
	測定装置: ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラジャパン(株), GC4020)					
	測定時間: 1200秒					

